حفيز العضلات (EMS)

التحفيز الكهربائي للعضلات يتم من خلال توجيه تيار التحفيز الكهربائي الى العضلات المختارة بشكل محدد

من خلال هذه التحفيزات التدريبية، يمكن في حالات عدم الحركة (مثل بعد العمليات الجراحية) إبطاء ضمور العضلات (الضمور العضلي) ، ودعم بناء العضلات.

☐ لبرنامج 01 ☐ لبرنامج _____

☐ مرتين يوميًا ☐ _____

☐ الموعد في: _____ الوقت _____



الكتف

مثني الذراع
عضلة البايسبس العضدية

باسط الذراع
عضلة الترايسبس العضدية

باسط الركبة
عضلة الكوادريسيبس الفخذية

باسط الركبة
عضلة الهامستوس الوسطى والجانبية

العضلة المئية للركبة

ربلة الساق
عضلة الساق

الظهر

البطن

تحفيز الشلل الجزئي

تحفيز الشلل الجزئي الكهربائي هو تحفيز خاص للعضلات المصابة بالشلل المحيطي. التيار الأسي هو الطريقة الوحيدة لتحفيز العضلات المعطوبة ودعم تجديد الأعصاب التالفة.

رافع القدم

رافع القدم

رافعة اليد

إتحدث معنا

Medizintechnik Rostock GmbH
Kamenzer Damm 78 · 12249 **Berlin**
Tel: 030/66 99 10-0 · Fax: 030/66 99 10-10
info@mtronline.de · www.mtronline.de

Medizintechnik Rostock GmbH
Robert-Koch-Str. 11 · 18059 **Rostock**
Tel: 0381/4 66 99-0 · Fax: 0381/4 66 99-18
mtr@mtronline.de · www.mtronline.de

مقدمة صغيره هنا

البرنامج / البرنامج الوضع	وصف	التردد/عرض النبضة	وقت التشغيل	الصعود لأعلى/لأسفل	وقت العمل/وقت العمل فترة الراحة
01 / W/R	التمكين من إعادة تأهيل العضلات وتقويتها وتحسين مقاومتها للإجهاد تحت الأحمال العالية.	50 Hz 300 µS	20 دقيقة	1 ثانية. 1 ثانية.	10 ثانية. 20 ثانية.
02 / W/R	يدعم إعادة تأهيل العضلات وتقويتها بأقل إجهاد.	35 Hz 450 µS	20 دقيقة	1 ثانية. 1 ثانية.	3 ثانية. 5 ثانية.
03 / MOD	يعزّز استرخاء العضلات وإزالة السموم ويسرّع عملية التخلص من الفضلات الأيضية لمنع التقلصات العضلية.	8 – 12 Hz 300 – 200 µS	30 دقيقة		
04 / HAN	هذا الوضع هو برنامج كلاسيكي لعلاج الألم.	100 / 2 Hz 200 / 350 µS	30 دقيقة		
05 / قابل للاختيار	في هذا الوضع، يمكن ضبط المعلومات بحرية.	1 – 150 Hz 50 – 450 µS	1 – 599 دقيقة	0,1 – 9,9 ثانية. 0,1 – 9,9 ثانية.	2 – 99 ثانية. 2 – 99 ثانية.